



**TERMO DE ANÁLISE E  
APROVAÇÃO - REPROVAÇÃO  
DA PROPOSTAS**

**PROCESSO LICITATÓRIO  
Nº 006/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº: Pregão 001/2025**

**DATA: 04/02/2025**

De: Coordenação de laboratório

Para: Gerencia de Licitações

**I. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA**

- Descrição do Item: Equipamento de Hematologia em regime de comodato
- Empresa: Medica Comercio Representação e Importação
- CNPJ: 06069729/0001-09

**II. RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA**

- Responsável pela Análise: Wellison Douglas de Lima
- Data da Análise: 03/02/2025
- Conformidade com o Edital: Não
- Parecer Técnico:

O presente parecer tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica do equipamento proposto em pregão eletrônico; onde o equipamentos sugerido pela empresa mencionada a cima está não está em conformidade segundo edital e o mesmo não atende a todos os requisitos técnicos relevantes;

**III. DECISÃO FINAL**

- APROVADO: A proposta atende às especificações técnicas exigidas no edital e pode ser aceita.
- REPROVADO: A proposta não atende às especificações técnicas exigidas no edital e deve ser rejeitada.

**Justificativa da Decisão**

O equipamento XNL 550 da marca Sysmex apresenta inconformidades segundo o edital, onde foi pedido um aparelho com especificação maior de 60 testes horas e a máquina proposta tem sua configuração de até 60

testes hora, isso causa uma baixa eficiência em nossa rotina atual e uma falta de compatibilidade pelo descritivo termo.

---

Nome Wellison Lima - Matrícula 103087  
Cargo: Biomédico/Coordenador de Laboratório